カテーテル固定用パッチ

GRIP-LOK®

グリップロック 経鼻胃管用 [2100ANG] 取扱説明書

ドレッシング材の貼り付けに関する各病院の標準実施要綱に従い皮膚の前処理を行います。
接着性を高めるため、一部の患者では皮膚の前処理または除毛が必要となる場合があります。

経鼻栄養チューブ固定時の使用例

1



グリップロックから底面の剥離紙の半分 (切れ込みのある側) を剥がします。

2

グリップロックを裏返し、上面の剥離紙を剥がします。

3



グリップロックを皮膚とチューブの間に差し入れ、露出した粘着部にチューブを載せて押し付けます。

4



上面カバーをたたんでチューブに被せて固定し、チューブの周囲と上部から押し付け密着させます。
底面剥離紙の残り半分を剥がして軽く押さえ、皮膚に貼り付け固定します。

製品情報

型番	商品名	用途	チューブ径	全長	梱包単位	JAN
2100ANG	GRIP-LOK 経鼻胃管用	経鼻栄養チューブの固定 酸素マスクの固定 等	3.0 ～ 5.0 ㎜	4.45 ㎝ (1.75 インチ)	100/ 箱	4946685170224

製造販売元

株式会社 林寺メディノール
〒920-0947 石川県金沢市笠舞本町2丁目26番7号
TEL: 076-222-6531　FAX: 076-222-2922

外国製造所

Zefon INTERNATIONAL